

# EG - Konformitätserklärung

Name und Anschrift des Herstellers:

**SCHEU-DENTAL GmbH**  
**Am Burgberg 20**  
**58642 Iserlohn**  
**Telefon: 02374 / 9288-0**  
**Telefax: 02374 / 9288-90**

Wir erklären hiermit, dass das:

**Gerät für alle Anwendungen in der dentalen Tiefziehtechnik**

Typ:

**BIOSTAR®**

Serie IV	Serie V / (VI)	Serie VI	Serie VII
REF 3125/1 230V (d) REF 3125/2 230V (e) REF 3126/1 115V REF 3128/1 100V	REF 3110/1 230V REF 3111/1 115V REF 3112/1 100V (REF 3000/1 230V) (REF 3010/1 115V) (REF 3020/1 100V)	REF 3000/1 230V ab SN: 60409 REF 3010/1 115V ab SN: 60258 REF 3020/1 100V ab SN: 60056	REF 3001/1 230V REF 3011/1 115V REF 3021/1 100V

**Technische Daten:**

<b>Spannung</b>	230 / 115 / 100 V	230 / 115 / 100 V	230 / 115 / 100 V	230 / 115 / 100 V
<b>Leistung</b>	500 VA	850 VA	750 VA	750 VA
<b>Arbeitsdruck</b>	1 - 5 bar	0,5 – 6,0 bar	0,5 – 6,0 bar	0,5 – 6,0 bar
<b>B x H x T</b>	500 x 350 x 300 mm	460 x 260 x 250 mm	460 x 260 x 250 mm	520 x 260 x 440 mm
<b>Brutto-/Netto-Gewicht</b>	22,0 / 16,5 kg	19,2 / 14,5 kg	19,2 / 14,5 kg	19,9 / 14,4 kg

den einschlägigen Bestimmungen der nachstehenden Richtlinien entspricht:

**Niederspannungsrichtlinie 2014 / 35 / EU**  
**EMV-Richtlinie 2014 / 30 / EU**  
**RoHS-Richtlinie 2011/ 65 / EU**

Geräteprüfungen entsprechend:

**DIN VDE 0411-1 / EN 61010-1 / IEC 61010-1**

Diese Konformitätserklärung gilt bis auf Widerruf.

**Iserlohn, 10.04.2024**



**Andreas Faber**

*Leiter Qualitätsmanagement / Regulatory Affairs*  
 Verantwortliche Person für die Einhaltung der Regulierungsvorschriften (VP)

D-BIOSTAR\_rev\_14\_15\_24